

ESPECIFICACION TECNICA INSUMO- MATERIAL HOSPITALARIO

Fecha edición: 31-08-2021
Rev.: 00

GASA HIDROFILA TUBULAR

Producto	GASA HIROFILA TUBULAR – FA- VII ED. Para uso medicinal.
Presentación/ tamaño	Fardos conteniendo 10 piezas x 40 metros enrolladas.
Empaque primario	Bolsa de polietileno impresa conteniendo 1 pieza de gasa x 40 m.
Empaque secundario	Bolsa o malla de algodón envolviendo 10 fardos, sunchados o atados.

Parámetro	Especificación
Material	Hilado de puro algodón, tejido de punto tipo tubular o tejido plano tipo rectilíneo, limpio, blanqueado desengrasad y sin apresto, de color blanco, suave al tacto, no quebradizo y no crujiente al apretarlo con la mano. No debe contener blanqueador óptico
Trama/ urdimbre	No menos de 4 pasadas por cm, 4 cadenas por cm, con una suma de ambos no menor de 10 hilos/cm ² .
Gramaje	22 y 36 gramos por m ² .
Medidas	Ancho: 80 cm ± 2% / Largo: 40 m ± 2%
Otros parámetros físico-químicos	Sustancias solubles en agua, sustancias tensioactivas, almidón, otros según especificaciones de FA VII Ed.
Rotulado de Empaque/ embalaje	Cada pieza tendrá impreso un rotulo indicando como mínimo: Denominación, Proveedor, medidas (longitud y ancho), Lote-Partida, otros datos de especificación si corresponde.





GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS EX-2021-22651029- -GDEBA-DPHMSALGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.